

### 1.0335 Aparat do badania zawartości powietrza w zaprawie o pojemności 1 litra z pompką ręczną Zgodno z normami: EN 1015-7, EN 413-2, EN 459-2

Aparat wykonany jest z odlewów aluminiowych. Składa się z 1-litrowego pojemnika pomiarowego z zamkniętymi na szybkoszklącą. Posiada 2 zawory, jeden do wlotu na wodę i jeden odpowietrzający. W głowicy umieszczona jest zintegrowana pompka ręczna oraz przyciski TEST i KOREKCJA.



Wbudowany manometr jest skalibrowany od 0 do 50 % obj. to ci ze skalowaniem podziałką :

- 0 - 5 % obj. to ci, podziałka co 0.1%
- 5 - 10 % obj. to ci, podziałka co 0.2%
- 10 - 50 % obj. to ci, podziałka co 0.5%

Waga: 8 kg.

Gwarancja: 12 miesięcy

#### Aksesoria i części zapasowe:

- 1.0335.01 Pojemnik pomiarowy
- 1.0335.02 Skrzynka transportowa
- 1.0335K Zestaw kalibracyjny

#### Cennik:

Nr kat.	Opis	Cena netto EUR
1.0335	Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej o pojemności 1 litra z pompką ręczną	1 048,00
	<b>Aksesoria i części zapasowe</b>	
1.0335.01	Pojemnik pomiarowy	189,00
1.0335.02	Skrzynka transportowa	410,00

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są po kursie sprzedaży Banku PEKAO S.A. na dzień fakturowania.

Cena nie obejmuje kosztów transportu.

11.04.2017. C16-0 R15 T0